



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET

DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Predmet nabave: Nabava rashladnog uređaja – ledenica -80°C

Evidencijski broj nabave: 114/19/MB

Zagreb, srpanj, 2019. godine

1. PODACI O NARUČITELJU

Naziv naručitelja: MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Sjedište naručitelja: Šalata 3, 10 000 Zagreb

OIB: 45001686598

Internetska adresa: www.mef.hr

Osoba za kontakt: Maja Bauer

Telefon: +385 1 45 90 282

e-mail: maja.bauer@mef.hr

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Predmet nabave

Nabava rashladnog uređaja – ledenice -80° za potrebe Zavoda za farmakologiju.

2.2. Opis i tehnička specifikacija predmeta nabave

Vrsta, kvaliteta i količina predmeta nabave nalaze se pod točkom 8. Troškovnik.

2.3. Mjesto isporuke predmeta nabave

Predmet nabave isporučuje se na lokaciji: Sveučilište u Zagrebu – Medicinski fakultet, Šalata 11, Zavod za farmakologiju, Zagreb.

2.4. Rok valjanosti ponude i isporuka predmeta nabave / ispunjenje ugovornih obveza

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi i ne može biti kraći od 90 dana od roka za dostavu ponuda.

Predmet nabave mora se isporučiti u roku od maksimalno 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja ugovora o jednostavnoj nabavi.

2.5. Način nuđenja predmeta nabave

Ponuda mora biti jedinstvena za cjelokupan predmet nabave. Obrazac ponude nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove dokumentacije.

2.6. Vrsta ugovora o jednostavnoj nabavi

Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o jednostavnoj nabavi robe.

2.7. Dokazi o sposobnosti – ponuditelj dostavlja fotokopiju sljedećih dokaza

- Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu - ne starija od 3 mjeseca od dana objave na internetskim stranicama naručitelja. Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u vezi s predmetom nabave i dokazuje postojanje navedene sposobnosti.
- Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta - ne starija od 30 dana od dana objave na internetskim stranicama naručitelja. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka jednostavne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

NAVEDENE DOKAZE **NIJE** POTREBNO DOSTAVITI U PONUDI (naručitelj zadržava pravo tražiti dokumenti na uvid ukoliko nisu dostavljeni nakon provedenog pregleda i ocjene dostavljenih ponuda).

3. OBLIK, NAČIN IZRADE I SADRŽAJ PONUDE

Ponuda obavezno sadrži ove dijelove i mora biti složena ovim redom:

1. popunjen i ovjeren obrazac ponude
2. dokazi o sposobnosti - točka 2.7. (nije potrebno dostaviti uz ponudu)
3. popunjen i ovjeren obrazac Izjava (nalaze se u točki 7. ove Dokumentacije),
4. Troškovnik (točka 8. ove dokumentacije)
5. sve ostalo što se traži u ovoj dokumentaciji jednostavne nabave

Nisu dopuštene alternativne ponude.

Ponuda se obavezno predaje u papirnatom obliku u izvorniku, na način da se sva prazna mjesta u ponudbenoj dokumentaciji popune jasno tiskanim slovima i pišu neizbrisivom tintom. Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju može se ispravljati na način da su ispravci vidljivi (prekrižiti pogrešan tekst) i dokazivi, s datumom i potvrdom ispravka pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja. Ponuda sa svim traženim priložima, osim kataloga ili prospekata te certifikata, podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Katalogi ili prospekti te certifikati mogu biti na engleskom jeziku. Ponudu je potrebno uvezati u cjelinu na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (uvezana jamstvenikom učvršćenim na zadnjoj stranici ponude te uvez ovjeren pečatom). Stranice ponude moraju se označiti rednim brojem stranice kroz ukupni broj stranica ponude ili ukupni broj stranica ponude kroz redni broj stranice. Ponuda treba imati sadržaj s brojevima stranica.

Ponuditelj mora priloge ponude u papirnatom obliku (koji ne mogu biti uvezani) obilježiti nazivom, označiti ih kao priloge ponude i dostaviti ih s ponudom. Ponuda se dostavlja u

zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, nazivom i adresom Naručitelja, naznakom predmeta nabave, naznakom evidencijskog broja nabave kojeg je Naručitelj dodijelio nadmetanju i naznakom “ ne otvaraj” najkasnije do 15. srpnja 2019. godine u Urudžbeni zapisnik Medicinskog fakulteta Zagreb, Šalata 3, do 15 sati ili na e-mail maja.bauer@mef.hr. Nakon protoka roka za dostavu ponuda, ponude se ne smiju mijenjati. U roku za dostavu ponuda, ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom, koja se dostavlja na isti način kao i ponuda, izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati i istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude.

4. CIJENA, ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

4.1 Cijena - Ponuditelj mora iskazati cijenu bez poreza na dodanu vrijednost i ukupnu cijenu sa porezom na dodanu vrijednost za cjelokupni predmet nabave, izraženu u kunama u apsolutnom iznosu na najviše dvije decimale, koja sadrži sve zavisne troškove i eventualni popust. Porez mora biti iskazan posebno, iza cijene ponude. Cijena mora biti napisana brojkama i slovima i izražena u kunama. Ponuđena cijena ne smije se mijenjati za vrijeme važenja ugovora.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP). Naručitelj je u ovom postupku jednostavne nabave odredio cijenu (100%) kao kriterij za odabir.

4.2. Rok, način i uvjeti plaćanja

Sredstva osiguranja plaćanja isključena.

Plaćanje se obavlja na temelju sklopljenog Ugovora o jednostavnoj nabavi s odabranim ponuditeljem i to u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja računa. Račun će se ispostaviti odmah nakon isporuke robe te instalacije i provedene edukacije osoblja za rad uz priloženu dokumentaciju ovjerenu od strane krajnjeg korisnika Naručitelja da je roba isporučena, instalirana te da je edukacija provedena.

5. JAMSTVA

5.1 Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ne traži se.

5.2 Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza

Ne traži se.

6. OBRAZAC PONUDE 114/2019 (ponuditelj može izraditi ponudu na memorandumu)

PONUĐA br.: _____ DATUM _____

PREDMET NABAVE: _____

1. Naručitelj: Medicinski fakultet, Zagreb, Šalata 3

2. Opći podaci o ponuditelju

Naziv : _____,

Sjedište : _____,

OIB: _____,

Tel./fax : _____,

e-mail: _____,

Odgovorna osoba: _____,

Osoba za kontakt: _____,

(ime, prezime i funkcija)

3. Cijena i ostali podaci ponude

3.1. Sukladno zahtjevu Naručitelja nudimo traženi predmet nabave

_____ prema Tehničkoj specifikaciji, fco Sveučilište u Zagrebu – Medicinski fakultet, Šalata 11, Zavod za farmakologiju, Zagreb.

Cijena bez PDV-a iznosi : _____ kn,

slovima: _____,

PDV za iskazanu cijenu iznosi: _____ kn,

slovima: _____,

Ukupna cijena s PDV-om je : _____ kn,

slovima: _____,

Cijena je iskazana u apsolutnom iznosu te sadrži sve zavisne troškove i eventualni popust.

Valjanost ponude je 90 dana od roka za dostavu ponuda.

7. OBRAZAC IZJAVA PONUDITELJA

7.1. Plaćanje isporučenog odnosno izvršenog predmeta nabave izvršiti će se temeljem sklopljenog Ugovora o jednostavnoj nabavi, na žiro-račun broj: _____,

kod poslovne banke _____, a sukladno sklopljenom Ugovoru.

(Ime i prezime, potpis i pečat odgovorne osobe Ponuditelja)

7.2. Izjavljujemo da nama kao gospodarskom subjektu, niti odgovornoj osobi gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna presuda za djela navedena u čl. 251. Zakona o javnoj nabavi.

(Ime i prezime, potpis i pečat odgovorne osobe Ponuditelja)

7.3. Preuzimamo obvezu, ukoliko naša ponuda bude odabrana, izvršiti predmet nabave sukladno uvjetima propisanim u Opisu predmeta nabave u ovoj Dokumentaciji.

(Ime i prezime, potpis i pečat odgovorne osobe Ponuditelja)

U _____, _____ 2019.

IZJAVA O ROKU ISPORUKE PREDMETA NABAVE

PONUĐITELJ: _____

ADRESA: _____

Telefon: _____ Telefax: _____

E-pošta _____

Izjavljujemo

da ćemo za isporučiti predmet nabave u roku od od dana sklapanja Ugovora o jednostavnoj nabavi.

U _____, dana _____

Ovlaštena osoba za zastupanje:

(Ime i prezime)

(Potpis i pečat)

Izjavu NIJE POTREBNO OVJERITI od strane javnog bilježnika ili nadležne sudske ili upravne vlasti ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela

IZJAVA O JAMSTVENOM ROKU ZA ISPRAVNOST PRODANE STVARI

PONUĐITELJ: _____

ADRESA: _____

Telefon: _____ Telefax: _____

E-pošta _____

Izjavljujemo

da jamstveni rok za ispravnost prodane stvari odnosno predmeta nabave iznosi _____ dana/mjeseci/godina (zaokružiti) od dana sklapanja Ugovora o jednostavnoj nabavi.

U _____, dana _____

Ovlaštena osoba za zastupanje:

(Ime i prezime)

(Potpis i pečat)

Izjavu NIJE POTREBNO OVJERITI od strane javnog bilježnika ili nadležne sudske ili upravne vlasti ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela

Izjava ponuditelja: Ovime potvrđujemo prihvaćanje svih uvjeta iz Dokumentacije o nabavi.

(Ime, prezime, potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja)

U _____, _____ 2019.

8. TORŠKOVNIK

R.B.	Naziv artikla	jedinica mjere	količina	Jedinična cijena bez PDV-a [kn]	Ukupna cijena bez PDV-a [kn]
1.	<p>Ledenica -80°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaštita za uzorke osigurana rashladnim zavojnicama unutar polica čime se omogućuje učinkovito odvođenje topline • Optimiziran za cryotube skladištenje • Opcija biranja plitkih, srednjih i dubokih ladica za uzorke • Prilagođen za jednostavan pronalazak uzoraka • Dizajn ručke koji omogućava jednostavan pristup i otvaranje zamrzivača odmah nakon neposrednog zatvaranja (savršena klima stezanja sa mekom brtvom i grijanom površinom) • mora imati veliku internu memoriju te mogućnost pohranjivanja evidencija o temperaturama do deset godina sa jednosatnim intervalima digitalno i grafički • mogućnost kontrole zamrzivača putem interneta • alarmni sustav: zvučni i vizualni, alarm otvorenih vrata, daljinski alarmni sustav, alarmni sustav koji šalje SMS poruku na više mobitela te slanje e-pošte na do 5 e-pošta adresa u slučaju kvara • alarmni sustav se mora napajati iz neovisno trajno punjive baterije • zaštitna brava na vratima (ručka s bravom za zaključavanje), strujnom prekidaču (ključem osiguran glavni prekidač struje) i softveru • neprekidno hlađenje uzoraka preko polica i za vrijeme otvorenih vrata • raspon temperature: -45°C do 90°C • volumen komore: 560L • brže i ujednačeno zamrzavanje pomoću zavojnica ugrađenih u police • četiri zasebna odjeljka s izoliranim vratima zbog smanjenja prodora zraka • minimalno miješanje zraka prilikom otvaranja smanjuje nakupljanje leda i štiti uzorke • dimenzije odjeljaka prilagođene dimenzijama uobičajenih kriogenih kutija • perivi filter zraka za lako održavanje i vrhunske performanse 	kom	1		

<ul style="list-style-type: none"> • zračna nepropusnost s mekanom brtvom • grijana kontaktna površina brtve koja onemogućuje nakupljanje leda • komora od nehrđajućeg čelika za dugotrajnost i aluminijske police za brži prijenos topline • vanjska površina od nehrđajućeg čelika presvučena slojem epoksi-poliester praha • poliuretanska pjenasta izolacija visoke gustoće • mikroprocesorski kontrolni sustav • TFT LED zaslon u boji, veličine 4,3“ • Praćenje temperature i podataka i pohranjivanje istih na računalu pomoću priključka i softvera • Kontrolni sustav zaštićen zaporkom • Prikaz stvarne temperature i u slučaju nestanka struje • Standardni priključak i za daljinsko i centralno alarmiranje • Softver sa opcijom odabira između minimalno 5 jezika od kojih jedan mora obavezno biti engleski • Sljedivost u memoriji svih radnih parametara, digitalno i grafički • U slučaju greške boja na zaslonu se mijenja • Komunikacijska jedinica • USB priključak za pohranu podataka o temperaturama na vanjsku memoriju • Brza podrška slanjem e-pošte s detaljima neuspjeha • RS 232 port za računalo • Alarm za visoku temperaturu (zbog ostavljenih otvorenih vrata, nestanka struje – u slučaju nestanka struje trajno punjiva baterija povezana sa sondama osigurava da i dalje ima točna informacija o trenutnom stanju temperature unutar zamrzivača) te alarm kvara senzora temperature i alarm začepljenog filtera zraka • Standardni izlaz za centralni alarmni sustav • Opcionalni snimač grafikona za 7 dana s akumulatorom • Programabilni raspon alarma za temperaturu: zadana +5°C do +25°C • Unutarnje dimenzije (ŠxDxV): 555x770x1310mm 				
--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Vanjske dimenzije (ŠxDxV): 820x1120x2035mm • 230V – 50Hz • Jamstvo u trajanju od minimalno 2 godine • U cijenu predmeta nabave mora biti uključena dostava, instalacija i edukacija osoblja za rad 				
2.	CO ₂ pomoćna jedinica	kom	1		
				UKUPNO BEZ PDV-a:	
				PDV 25%:	
				UKUPNO S PDV-om:	

U _____, _____ 2019.

(Ime, prezime, potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja)